

# PÁLÍ VÁM TO??????

Lenka Feňová

Ivana Poláčková

# LISTOPAD 2015

- Požadavky na elektrokauter
  - Kompatibilita s nástroji
    - Jeden z hlavních a nejdůležitějších požadavků

# Březen 2016

- 18.3. převzetí nového generátoru
  - Není kompatibilita nástroji
  - Ústně přislíbena okamžitá výměna
    - Nelze využít u LSK operací

# Duben 2016

- 8.4. nové laparoskopické kabely
- Stále problematické využívání bipolární koagulace
  - Koagulace je pomalá a nespolehlivá
  - Akutní výkony, časová tíseň, silnější krvácení
- 19.4. generátor odvezen na přezkoušení a přeprogramování do Německa (společně s původními nástroji)

# Červen 2016

- Vrácení generátoru a uvedení do provozu
- Stále nelze 100% využívat bipolární koagulaci
  - Přístroj neustále alarmuje
  - Nereaguje na sešlápnutí bipolárního pedálu

# Červenec 2016

- 25.7. reklamace bipolárních kabelů
  - Není dostatečný kontakt mezi kabelem a kleštěmi
- Zapůjčeny kleště i bipolární kabel jiné doporučené značky
  - Nelze provádět více než jednu laparoskopii denně

# Srpen – září 2016

- Rozbitý bipolární pedál
- Nákup nových bipolárních kleští a kabelů na doporučení obchodního zástupce
- Přetrvává problém s bipolární koagulací

# Říjen – listopad 2016

- Generátor odvezen
  - Neustále alarmuje, nefunguje bipolární koagulace
- 14. 11. výměna celého generátoru a jeho uvedení do provozu



# Prosinec 2016

- Výměna bipolárních kabelů (7/2016)
  - Z 6ks dva nefungují vůbec, zbývající čtyři postupně také
    - Vraceny opět zpět

# Leden – květen 2017

- Opakovaně urgovány bipolární kabely
- Květen – doporučeno zakoupení jiných bipolárních kabelů

# Březen 2017

- Opětovná kontrola generátoru firmou
  - Kalibrace a kontrola výstupního výkonu –
    - v toleranci - bez závad
- Nefunguje opětovně bipolární pedál
- Pro nespolehlivost nelze operovat laparoskopicky

# Říjen 2017- leden 2018

- Výměna pálení za servisní a zpět
- Problémy s bipolárními kleštěmi jiných výrobců
- Leden 2018 kontrola generátoru
  - Žádná závada nenalezena
  - Problémy s generátorem se hlásí jako MU
- Intervence primáře COS
  - Obchodní náměstek

# Leden – červen 2018

- 8 . 1. provedena kontrola generátoru
  - Žádná závada nenalezena
- Po kontrole
  - Samovolně se spouští monopolární háček, opětovně nefunguje bipolární koagulace nejen u LSK operací, ale i tomií, hlásí chybu neutrální elektroda
- **18. 1.** opět výměna generátoru za náhradní
- Lékaři odmítají nespolehlivý generátor využívat
- **18. 6.** vrácen přezkoušený generátor – opět bez závad

**Děkuji za pozornost**

